


# 100 年度 CHT 確診醫院第二次 T<sub>3</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-04

檢體寄出日期：100 年 4 月 25 日

報告截止日期：100 年 5 月 2 日


回收份數(比率)：23 份 (100%)



## 檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	137	132 (12)	14.2	10.8%
04	11	154	156 (11)	14.7	9.4%
All	23	143	145 (22)	16.5	11.3%


\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	110	110 (12)	13.3	12.1%
04	11	116	113 (11)	10.8	9.6%
All	23	110	111 (23)	12.0	10.8%

\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	135	133 (12)	12.8	9.6%
04	11	157	157 (11)	17.6	11.2%
All	23	143	142 (22)	16.1	11.4%

\* Outlier(s) not included.