


# 100 年度 CHT 確診醫院第三次 FT<sub>4</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2011-06      檢體寄出日期：100 年 6 月 27 日      報告截止日期：100 年 7 月 4 日  
 回收份數(比率)：22 份 (100%)



## 檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	2.87	3.13 (10)	1.14	36.5%
04	12	3.28	3.29 (12)	0.28	8.4%
All	22	3.19	3.10 (21)	0.57	18.5%


\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.70	1.88 (10)	0.55	29.1%
04	12	2.11	2.08 (12)	0.15	7.3%
All	22	2.07	1.95 (21)	0.34	17.4%

\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	0.93	0.95 (10)	0.28	29.2%
04	12	1.04	1.05 (11)	0.06	6.0%
All	22	1.03	0.97 (21)	0.16	16.4%

\* Outlier(s) not included.