


100 年度 CHT 確診醫院第三次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2011-06 檢體寄出日期：100 年 6 月 27 日 報告截止日期：100 年 7 月 4 日
 回收份數(比率)：23 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	166	174 (12)	24.5	14.0%
04	11	242	248 (10)	25.4	10.2%
All	23	211	214 (23)	53.3	24.9%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	99	100 (12)	12.9	13.0%
04	11	141	141 (11)	21.1	15.0%
All	23	121	120 (23)	27.3	22.8%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	59	58 (11)	4.4	7.7%
04	11	70	71 (11)	9.8	13.7%
All	23	60	63 (21)	8.7	13.8%

* Outlier(s) not included.