


100 年度 CHT 確診醫院第四次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-09

檢體寄出日期：100 年 9 月 19 日

報告截止日期：100 年 9 月 26 日


回收份數(比率)：22 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	4.12	4.43 (10)	1.23	27.8%
04	12	4.69	4.59 (12)	0.45	9.7%
All	22	4.54	4.40 (21)	0.68	15.6%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.24	1.28 (10)	0.21	16.5%
04	12	1.32	1.33 (12)	0.10	7.4%
All	22	1.27	1.31 (22)	0.16	12.0%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.34	1.34 (10)	0.26	19.8%
04	12	1.26	1.29 (12)	0.10	7.5%
All	22	1.26	1.31 (22)	0.19	14.3%

* Outlier(s) not included.