


100 年度 CHT 確診醫院第四次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-09

檢體寄出日期：100 年 9 月 19 日

報告截止日期：100 年 9 月 26 日


回收份數(比率)：23 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	344	346(12)	15.1	4.4%
04	11	430	414 (11)	52.0	12.6%
All	23	359	379 (23)	50.5	13.3%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	250	247 (12)	16.7	6.7%
04	11	295	297 (11)	29.1	9.8%
All	23	265	271 (23)	34.1	12.6%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	151	150 (12)	14.3	9.5%
04	11	179	177 (11)	17.1	9.7%
All	23	159	163 (23)	20.3	12.5%

* Outlier(s) not included.