



# 100年度 CHT 確診醫院第四次 T<sub>4</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-09

檢體寄出日期：100年9月19日

報告截止日期：100年9月26日


回收份數(比率)：23份(100%)



### 檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	17.5	17.0 (9)	0.91	5.3%
04	12	19.4	18.9 (12)	1.63	8.6%
All	23	17.9	18.5 (23)	2.01	10.9%


\* Outlier(s) not included.



### 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.7	6.6 (9)	0.24	3.6%
04	12	7.1	7.3 (12)	0.67	9.2%
All	23	6.7	7.0 (23)	0.66	9.5%

\* Outlier(s) not included.



### 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.8	6.8 (10)	0.47	6.9%
04	12	7.3	7.3 (12)	0.48	6.6%
All	23	7.0	7.0 (23)	0.58	8.3%

\* Outlier(s) not included.