



100年度 CHT 確診醫院第五次 T₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-11 檢體寄出日期：100年11月14日 報告截止日期：100年11月21日


回收份數(比率)：23份(100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	11.5	11.2 (10)	0.54	4.8%
04	12	13.5	13.4 (11)	0.88	6.6%
All	23	12.0	12.2 (23)	1.65	13.5%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	4.4	4.4 (11)	0.34	7.6%
04	12	4.7	4.8 (11)	0.41	8.4%
All	23	4.6	4.6 (21)	0.37	8.0%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.7	6.7 (11)	0.53	8.0%
04	12	7.2	7.3 (11)	0.60	8.1%
All	23	6.9	7.0 (22)	0.64	9.2%

* Outlier(s) not included.