


# 100 年度 CHT 確診醫院第一次 FT<sub>4</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-02

檢體寄出日期：100 年 2 月 21 日

報告截止日期：100 年 3 月 1 日


回收份數(比率)：22 份 (100%)



## 檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	0.97	0.89 (10)	0.20	22.8%
04	12	1.04	1.03 (12)	0.06	5.6%
All	22	1.01	1.02 (17)	0.05	5.2%


\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.40	1.36 (9)	0.27	19.6%
04	12	1.42	1.39 (12)	0.14	9.8%
All	22	1.42	1.38 (21)	0.20	14.3%

\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.35	1.41 (10)	0.36	25.7%
04	12	1.43	1.43 (12)	0.14	10.1%
All	22	1.43	1.42 (22)	0.26	18.2%

\* Outlier(s) not included.