


100年度 CHT 確診醫院第一次 T₄ 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2011-02 檢體寄出日期：100年2月21日 報告截止日期：100年3月1日
 回收份數(比率)：23份(100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	3.8	3.9 (11)	0.31	7.9%
04	12	4.6	4.5 (12)	0.36	7.8%
All	23	4.3	4.2 (23)	0.46	10.7%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.7	6.7 (11)	0.62	9.2%
04	12	7.2	7.2 (11)	0.62	8.6%
All	23	7.0	7.0 (22)	0.66	9.4%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.9	6.7 (11)	0.49	7.3%
04	12	7.5	7.4 (11)	0.46	6.1%
All	23	7.0	7.1 (22)	0.59	8.3%

* Outlier(s) not included.