


# 100年度 CHT 確診醫院第二次 T<sub>4</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2011-04      檢體寄出日期：100年4月25日      報告截止日期：100年5月2日  
 回收份數(比率)：23份(100%)



## 檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.3	6.3 (11)	0.80	12.7%
04	12	7.6	7.5 (12)	0.64	8.5%
All	23	6.9	6.9 (23)	0.94	13.5%


\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.2	6.1 (11)	0.62	10.2%
04	12	6.6	7.0 (12)	0.92	13.1%
All	23	6.5	6.3 (18)	0.38	6.0%

\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.4	6.4 (9)	0.46	7.2%
04	12	7.6	7.5 (12)	0.70	9.2%
All	23	6.8	7.0 (23)	0.91	12.9%

\* Outlier(s) not included.