


100 年度 CHT 確診醫院第五次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-11

檢體寄出日期：100 年 11 月 14 日


報告截止日期：100 年 11 月 21 日

回收份數(比率)：22 份 (100%)



Sample S1

檢體 S1




Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	2.87	3.03 (10)	0.78	25.7%
04	12	3.31	3.39 (12)	0.29	8.4%
All	22	3.29	3.22 (22)	0.58	18.0%

* Outlier(s) not included.

Sample S2

檢體 S2




Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	0.88	0.93 (10)	0.25	26.5%
04	12	1.01	1.03 (11)	0.05	4.5%
All	22	1.00	0.96 (21)	0.14	15.0%

* Outlier(s) not included.

Sample S3

檢體 S3



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.41	1.37 (10)	0.33	24.1%
04	12	1.40	1.44 (12)	0.12	8.1%
All	22	1.40	1.40 (20)	0.17	12.0%

* Outlier(s) not included.