


100 年度 CHT 確診醫院第五次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-11

檢體寄出日期：100 年 11 月 14 日

報告截止日期：100 年 11 月 21 日


回收份數(比率)：23 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	200	193(12)	25.1	13.0%
04	11	284	279 (11)	28.0	10.0%
All	23	225	234 (23)	51.0	21.8%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	56	56 (11)	4.3	7.7%
04	11	73	72 (11)	6.8	9.4%
All	23	63	65 (23)	11.2	17.2%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	133	132 (11)	13.2	10.0%
04	11	154	151 (11)	9.1	6.0%
All	23	144	143 (23)	16.3	11.4%

* Outlier(s) not included.

