


101 年度 CHT 確診醫院第一次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-02


檢體寄出日期：101 年 02 月 20 日

報告截止日期：101 年 02 月 27 日

回收份數(比率)：22 份 (100%)



Sample S1




檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.54	1.47 (10)	0.41	27.8%
04	12	1.40	1.42 (12)	0.10	7.2%
All	22	1.40	1.41 (21)	0.24	17.1%

* Outlier(s) not included.

Sample S2




檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.05	0.94 (10)	0.27	29.1%
04	12	1.05	1.05 (12)	0.07	6.8%
All	22	1.05	1.08 (18)	0.09	8.6%

* Outlier(s) not included.

Sample S3



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.48	1.38 (10)	0.32	23.3%
04	12	1.29	1.34 (12)	0.11	8.0%
All	22	1.35	1.36 (22)	0.23	16.6%

* Outlier(s) not included.