


101 年度 CHT 確診醫院第一次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-02

檢體寄出日期：101 年 02 月 20 日

報告截止日期：101 年 02 月 27 日



回收份數(比率)：23 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	129	134 (12)	21.4	15.9%
04	11	157	156 (11)	13.0	8.4%
All	23	150	145 (23)	20.5	14.2%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	61	60 (12)	14.6	24.6%
04	11	72	75 (11)	10.5	13.9%
All	23	67	67 (23)	14.9	22.2%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	251	248 (11)	12.9	5.2%
04	11	307	304 (11)	18.7	6.1%
All	23	277	279 (23)	33.7	12.1%

* Outlier(s) not included.