



# 九十九年度 CHT 確診醫院第二次 T<sub>3</sub> 檢驗院際品管 統計分佈圖

送檢批號：CHT2010-09

檢體寄出日期：99年9月27日



報告截止日期：99年10月4日

回收份數(比率)：23份(100%)



## 檢體 S1


Method	檢驗 單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	239	241 (12)	24.2	10.1%
04	11	229	229 (11)	25.4	11.1%
All	23	238	235 (23)	24.9	10.6%



## 檢體 S2


Method	檢驗 單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	133	131 (12)	14.5	11.1%
04	11	146	153 (11)	18.6	12.2%
All	23	138	140 (22)	17.7	12.7%

\* Outlier not included.




**檢體 S3**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	49	48 (12)	10.7	22.2%
04	11	67	65 (11)	8.4	13.0%
All	23	56	56 (23)	12.6	22.4%



**檢體 S4**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	135	132 (12)	15.3	11.6%
04	11	150	152 (11)	18.1	11.9%
All	23	140	141 (23)	19.1	13.5%



**檢體 S5**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	132	131 (12)	14.1	10.8%
04	11	157	153 (11)	16.2	10.6%
All	23	136	141 (23)	18.4	13.0%