


101 年度 CHT 確診醫院第二次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-04


檢驗寄出日期：101 年 04 月 30 日

報告截止日期：101 年 05 月 07 日

回收份數(比率)：22 份 (100%)




檢體 S1



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.89	1.87 (10)	0.47	25.1%
04	12	2.43	2.30 (12)	0.34	14.8%
All	22	2.22	2.10 (22)	0.46	21.9%

* Outlier(s) not included.


檢體 S2



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.60	1.61 (10)	0.35	21.7%
04	12	2.06	1.98 (12)	0.29	14.6%
All	22	1.83	1.81 (18)	0.36	19.9%

* Outlier(s) not included.

檢體 S3



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	2.22	2.35 (10)	0.63	26.8%
04	12	3.00	2.89 (12)	0.37	12.8%
All	22	2.91	2.65 (22)	0.56	21.1%

* Outlier(s) not included.