


# 101 年度 CHT 確診醫院第二次 T<sub>3</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-04

檢體寄出日期：101 年 04 月 30 日

報告截止日期：101 年 05 月 07 日



回收份數(比率)：23 份 (100%)



**檢體 S1**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	146	146 (11)	11.7	8.0%
04	11	207	196 (11)	21.7	11.1%
All	23	167	173 (23)	31.5	18.2%


\* Outlier(s) not included.



**檢體 S2**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	126	125 (11)	12.1	9.7%
04	11	166	161 (11)	17.6	10.9%
All	23	140	144 (23)	23.7	16.5%

\* Outlier(s) not included.



**檢體 S3**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	134	135 (11)	13.3	9.9%
04	11	171	171 (11)	18.2	10.6%
All	23	150	154 (23)	24.4	15.8%

\* Outlier(s) not included.