101 年度 CHT 確診醫院第三次 FT_4 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-06　　檢體寄出日期：101 年 06月 25 日　　報告截止日期：101 年 07 月 02 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



Sample S1



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.16	1.18 (9)	0.33	28.0%
04	12	1.34	1.45 (12)	0.26	17.9%
All	21	1.32	1.34 (21)	0.32	23.9%

* Outlier(s) not included.

Sample S2



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	2.21	2.36 (9)	0.76	32.2%
04	12	3.08	2.99 (12)	0.46	15.4%
All	21	2.98	2.72 (21)	0.67	24.6%

* Outlier(s) not included.

Sample S3



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.35	1.36 (9)	0.10	7.4%
04	12	1.11	1.10 (12)	0.12	10.9%
All	21	1.21	1.21 (21)	0.17	14.0%

* Outlier(s) not included.