


101 年度 CHT 確診醫院第三次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-06

檢體寄出日期：101 年 06 月 25 日

報告截止日期：101 年 07 月 02 日



回收份數(比率)：22 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	73	74 (11)	10.1	13.6%
04	11	93	92 (11)	10.5	11.4%
All	22	82	83 (22)	13.4	16.1%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	143	141 (11)	11.3	8.0%
04	11	176	176 (11)	18.8	10.7%
All	22	157	158 (22)	23.2	14.7%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	95	100 (11)	12.8	12.8%
04	11	106	110 (11)	9.0	8.2%
All	22	104	105 (22)	11.9	11.3%

* Outlier(s) not included.