



101年度 CHT 確診醫院第三次 T₄ 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2012-06 檢體寄出日期：101年06月25日 報告截止日期：101年07月02日
 回收份數(比率)：22份(100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	5.5	5.5 (10)	0.43	7.8%
04	12	6.5	6.8 (12)	0.89	13.1%
All	22	6.1	6.1 (21)	0.77	12.6%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	10.1	10.1 (10)	0.64	6.3%
04	12	12.0	11.9 (11)	0.77	6.5%
All	22	11.2	11.0 (21)	1.18	10.7%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	7.5	7.5 (10)	0.72	9.6%
04	12	7.9	8.7 (12)	1.72	19.8%
All	22	7.8	7.5 (18)	0.59	7.9%

* Outlier(s) not included.