



101 年度 CHT 確診醫院第四次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-08

檢體寄出日期：101 年 08 月 27 日

報告截止日期：101 年 09 月 03 日


回收份數(比率)：22 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	134	133 (11)	12.8	9.6%
04	11	157	160 (11)	22.1	13.8%
All	22	141	147 (22)	22.5	15.3%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	255	267 (11)	36.7	13.7%
04	11	363	374 (11)	49.3	13.2%
All	22	319	320 (22)	69.0	21.6%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	72	74 (11)	9.0	12.2%
04	11	84	89 (11)	16.0	18.0%
All	22	76	79 (21)	12.5	15.8%

* Outlier(s) not included.