


102 年度 CHT 確診醫院第一次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2013-01

檢驗寄出日期：102 年 01 月 14 日


報告截止日期：102 年 01 月 21 日

回收份數(比率)：20 份 (100%)



Sample S1

檢體 S1




Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	1.18	1.39 (8)	0.42	30.2%
04	12	1.71	1.72 (12)	0.25	14.5%
All	20	1.70	1.59 (20)	0.36	22.6%

* Outlier(s) not included.

Sample S2

檢體 S2




Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	2.74	3.12 (8)	0.89	28.5%
04	12	4.18	3.89 (12)	0.68	17.5%
All	20	3.63	3.58 (20)	0.85	23.7%

* Outlier(s) not included.

Sample S3

檢體 S3



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	1.00	1.16 (8)	0.32	27.6%
04	12	1.39	1.43 (12)	0.21	14.7%
All	20	1.38	1.32 (20)	0.29	22.0%

* Outlier(s) not included.