


102 年度 CHT 確診醫院第一次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2013-01


檢體寄出日期：102 年 01 月 14 日

報告截止日期：102 年 01 月 21 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



Sample S1




檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	108	107 (10)	17.9	16.7%
04	11	124	131 (11)	19.7	15.0%
All	21	116	119 (21)	22.3	18.7%

* Outlier(s) not included.

Sample S2




檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	201	207 (10)	24.9	12.0%
04	11	256	264 (11)	36.0	13.6%
All	21	222	236 (21)	42.1	17.8%

* Outlier(s) not included.

Sample S3



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	74	72 (10)	14.6	20.3%
04	11	84	85 (10)	9.0	10.6%
All	21	80	79 (20)	13.5	17.1%

* Outlier(s) not included.