


# 102 年度 CHT 確診醫院第二次 T<sub>3</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2013-04


檢驗寄出日期：102 年 04 月 08 日

報告截止日期：102 年 04 月 15 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



## Sample S1




## 檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	61	64 (10)	12.7	19.8%
04	11	78	80 (11)	7.4	9.3%
All	21	74	72 (21)	12.9	17.9%

\* Outlier(s) not included.

## Sample S2




## 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	116	122 (10)	13.3	10.9%
04	11	151	163 (11)	23.6	14.5%
All	21	143	143 (21)	28.3	19.8%

\* Outlier(s) not included.

## Sample S3



## 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	135	134 (10)	12.8	9.6%
04	11	163	176 (11)	26.7	15.2%
All	21	152	153 (20)	26.8	17.5%

\* Outlier(s) not included.