102 年度 CHT 確診醫院第三次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2013-08　　檢體寄出日期：102 年 08 月 12 日　　報告截止日期：102 年 08 月 19 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



Sample S1



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	1.0	1.0 (10)	0.05	5.0%
03	11	0.8	0.8 (11)	0.08	10.0%
All	21	1.0	0.9 (21)	0.12	13.3%

* Outlier(s) not included.

Sample S2



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	146.9	151.7 (10)	27.79	18.3%
03	11	164.0	166.5 (11)	13.28	8.0%
All	21	162.0	159.5 (21)	22.20	13.9%

* Outlier(s) not included.

Sample S3



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	80.9	82.7 (10)	10.60	12.8%
03	11	76.0	79.3 (11)	9.67	12.2%
All	21	77.7	80.9 (21)	10.01	12.4%

* Outlier(s) not included.