


102 年度 CHT 確診醫院第四次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2013-10


檢體寄出日期：102 年 10 月 21 日

報告截止日期：102 年 10 月 28 日

回收份數(比率)：20 份 (100%)




檢體 S1



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	2.15	2.18 (8)	0.62	28.4%
04	12	2.38	2.26 (12)	0.32	14.2%
All	20	2.38	2.23 (20)	0.45	20.2%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	1.50	1.43 (8)	0.39	27.3%
04	12	1.54	1.58 (12)	0.25	15.8%
All	20	1.54	1.52 (20)	0.32	21.1%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	1.59	1.61 (8)	0.42	26.1%
04	12	1.67	1.72 (12)	0.26	15.1%
All	20	1.67	1.68 (20)	0.33	19.6%

* Outlier(s) not included.