102年度 CHT 確診醫院第四次 T_4 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2013-10　　檢體寄出日期：102 年 10 月 21 日　　報告截止日期：102 年 10 月 28 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



Sample S1



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	7.9	8.1 (8)	0.83	10.2%
04	13	9.7	9.9 (13)	0.97	9.8%
All	21	9.2	9.2 (21)	1.24	13.5%

* Outlier(s) not included.

Sample S2



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	5.8	5.9 (8)	0.54	9.2%
04	13	7.1	7.3 (13)	0.84	11.5%
All	21	6.7	6.8 (21)	1.00	14.7%

* Outlier(s) not included.

Sample S3



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	6.2	6.3 (8)	0.44	7.0%
04	13	7.9	7.9 (13)	0.83	10.5%
All	21	7.3	7.3 (21)	1.04	14.2%

* Outlier(s) not included.