



# CHT2016-02 批次 T<sub>3</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2016-02 檢體寄出日期：2016年04月18日 報告截止日期：2016年04月25日

回收份數(比率)：21份(100%)



**Sample S1**




**檢體 S1**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	247	246*	18.0*	7.3%
04	11	273	277*	20.9*	7.5%
All	21	265	262*	26.2*	10.0%
AEL**	149	289	289	37.8	13.1%

Certified assigned value : 260 ng/dL

**Sample S2**




**檢體 S2**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	180	180*	25.0*	13.9%
04	11	207	214*	19.4*	9.1%
All	21	199	198*	27.1*	13.7%
AEL**	152	228	226	22.5	10.0%


Certified assigned value : 200 ng/dL

\* — Assigned value, - - - MAD

\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )  
 \*\* All European Laboratories



**Youden Plot 圖例說明**



■ Method 02 ( RIA )  
 ● Method 04 ( CLIA )  
 MAD : Maximum Allowable Deviation