



# CHT2017-04 批次 T<sub>3</sub> 檢驗院際品管統計分布圖

調查批次：CHT2017-04 檢體寄出日期：2017年09月25日 報告截止日期：2017年10月02日  
 回收份數(比率)：22份(100%)




檢體 S1



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
2	8	229	231*	11.4*	4.9%
4	14	244	247*	26.1*	10.6%
All	22	233	240*	20.9*	8.7%
AEL**	141	273	271	33.8	12.5%

Certified assigned value : 240 ng/dL



檢體 S2


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
2	8	151	148*	16.7*	11.3%
4	14	174	174*	18.4*	10.6%
All	22	161	165*	21.7*	13.2%
AEL**	141	189	187	21.8	11.6%

Certified assigned value : 169 ng/dL


\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* All European Laboratories

\* — Assigned value , - - - MAD



Youden Plot 圖例說明



■ Method 2 ( RIA )

● Method 4 ( CLIA )

MAD : Maximum Allowable Deviation