



CHT2018-01 批次 FT₄ 檢驗院際品管調查結果統計分布圖

調查批次：CHT2018-01 檢體寄出日期：2018 年 06 月 04 日 報告截止日期：2018 年 06 月 11 日
 回收份數(比率)：22 份 (100%)



Sample S1


檢體 S1



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
2	7	2.39	2.39*	0.573*	24.0%
4	15	2.49	2.53*	0.372*	14.7%
All	22	2.49	2.49*	0.398*	16.0%
AEL**	1197	2.86	2.74	0.436	16.0%

Sample S2

檢體 S2




Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
2	7	1.65	1.59*	0.297*	18.7%
4	15	1.57	1.64*	0.236*	14.4%
All	22	1.61	1.63*	0.241*	14.8%
AEL**	1216	1.83	1.75	0.228	13.0%

* — Assigned value, - - - MAD

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories



Youden Plot 圖例說明

